

제 2014-BO-0272-2 호



안전인증서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전인증심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

INDUCTIVE CONTACTS TYPE PRESSURE GAUGE

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인증번호

P5**/P69*/T5**

14-AV2BO-0272X

용량·등급

Ex ia IIC T6

정 격 Dial Size ϕ 100: $U_i=10$ V, $I_i=25$ mA, $P_i=34$ mW, $C_i=30$ nF, $T_i=100$ μ H
Dial Size ϕ 160: $U_i=10$ V, $I_i=25$ mA, $P_i=34$ mW, $C_i=50$ nF, $T_i=250$ μ H

(*:방폭성능에 무관함)

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부 고시 제2016-54호)

인 증 조 건

정전기발생 주의하고 젖은 행위를 사용하여 닦을 것

2014.05.27. 최초발급
2017.07.03. 동일형식
2022.06.09. 제조자명 변경 ((주)와이즈안전 → (주)와이즈)

2022년 06월 09일

한국산업안전보건공단 이

사장

