

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**Certificate of sanitary conformity**Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002**Coordonnées du demandeur d'ACS /****Contact details of the ACS owner :****JUMO GmbH & Co. KG
Moritz-Juchheim-Strasse 1
36039 Fulda
Allemagne****Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :****Sonde de niveau MAERA S26 - type 402090 - avec câble de raccordement de 1 m en PE-LD noir
(désignation code 15) et joint EPDM (option 917).**N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **22 ACC NY 044**Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 01 au 14 février 2022
Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from February 01 to 14, 2022**Commentaires / Comments :**Les essais d'inertie réalisés n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A 2002 n° 571 du 25 novembre 2002.
The migration tests do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A 2002 n° 571 of 25th november 2002.**Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :****SONDES DE NIVEAU MAERA****Références / References :** (2 articles et leurs variantes)

Sondes de niveau MAERA S26, type 402090, avec câble PE-LD noir (désignation codée 15) ou câble EPR bleu (désignation codée 26) et joint EPDM (option 917). / Level probes MAERA S26, type 402090, with PE-LD cable (order code 15) or EPR cable (order code 26) and sealing EPDM (extra code 917).

Sondes de niveau MAERA S28, type 404392, avec câble PE-LD noir (désignation codée 15) ou câble EPR bleu (désignation codée 26) et joint EPDM (option 917). / Level probes MAERA S28, type 404392, with PE-LD cable (order code 15) or EPR cable (order code 26) and sealing EPDM (extra code 917).

Attestation délivrée par / Certificate issue by :Emilie Bailly
Responsable Technique / Technical Manager

Signature :

Date de délivrance / Date of issue : 24 février 2022
Date d'expiration / Expiry date : 24 février 2027**Commentaires / Comments :** /